



ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2022.-

EXPTE. N° FG-000441/2022.-

Adquisición de 2 (dos) cabinas de extracción para el Servicio de Patología Forense del Laboratorio Forense del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

REGLÓN I

CABINA PARA MACROSCOPIA:

La cabina de extracción tiene que contar con las siguientes características importantes para poder trabajar y manipular el manejo de la vísceras orgánicas;

- Medidas aproximadas exteriores de la cabina: 1,45 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 1,47 mts. de alto.
- Tamaño total aproximado con mesada soporte: 1,45 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 2,37 mts. de alto.
- Servicios: Agua, gas y aire.
- Bacha antiácida y grifería: Provista de bacha para desagüe de aproximado 76 mm con conexión 40 mm para ser acoplado a colector de desechos para posterior tratamiento o desagüe.
- Gabinete exterior HO, cámara de captación en Resina Antiácida.

- Garantía 12 (doce) meses.
- Se requiere la instalación del bien solicitado.

REGLÓN II

CABINA PARA TÉCNICO:

- Medidas aproximadas exteriores de la cabina: 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 1,47 mts. de alto.
- Tamaño total aproximado con mesada soporte: 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 2,37 mts. de alto.
- Muebles Drogueros Bajo Campanas (estanterías con puertas rebatibles de material antiácido) de almacenamiento de drogas, ácidos y reactivos químicos conectados al sistema de extracción de la Campana.
- Gabinete exterior HO, cámara de captación en Resina Antiácida.
- Garantía 12 (doce) meses.